

Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves
C.N.P.J.: 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras

COLETA DE PREÇOS Nº 68/2024

Em: 15/05/2024

Fornecedor:	Código:	Folha: 1 de 3
Endereço:	Cidade:	UF:
C.N.P.J.:	Insc. Estadual:	Fone:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,000	UN	DERMATOSCÓPIO com lente polarizada e não polarizada, com iluminação mínima de 24 led branco polarizado e 6 não polarizado e 6 laranja, com controle de infecção, ótica mínima de 30 mm/10 x, com bateria recarregável, compatível com câmeras e celulares, com marcação de lente e com pigmentboost para visualizar lesões pigmentadas			
2	1,000	UN	CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO DE 93% (+/-3%), COM FLUXO DE OXIGENIO AJUSTAVEL: 0,5 A 5L/MIN.			
3	1,000	UN	BIPAP auto bipap com umidificador integrado nas seguintes configurações: pressão: 4cm a 25cm h2o. tempo de rampa: 0 a 45 minutos ajustes: teclado ou via cartão smartcard memória: 12 meses, teste fosq voltagem: 110 a 240 vca, automática. compensação de altitude: automática. apresentar certificado de registro na anvisa do equipamento/material. garantia mínima do produto: 01 ano			
4	1,000	UN	MANOVACUOMETRO Mano-vacuômetro digital portátil, escala: - 1999,9 a 1999,9 pa normal: 4096 leituras indicada a cada 0,8s max/ min: 256 leituras calculada a cada 50ms e indicada a cada 1s display lcd função: máximo e mínimo função "zero" alimentação: 1 bateria 9v			
5	1,000	UN	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL EQUIPO, odontológico, portátil, transportável, para atendimento odontológico de pacientes fora do consultório. Composto de no mínimo: Maleta rígida para transporte, que comporte o reservatório de agua, compressor, mangueiras e conexões para as peças de mão; Compressor de no mínimo 4bar; Deve possuir encaixe no mínimo para: seringa triplice, sugador de saliva, encaixe bordem para micromotor, encaixe bordem para alta rotação, Fotopolimerizador 1000 mW e Ultrassom de profilaxia.; Deve possuir reservatório de agua; Deve possuir pedal para			

PRAZOS: 1) Devolução da Presente Coleta em: 21/05/2024 até as 16:00 Hs.

2) Entrega dos Materiais/Serviços:

3) Condições de Pagamento: Ordem cronológica.

4) Validade dos Preços Cotados:

Finalidade:

Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA SMS Em: ____ / ____ / ____
CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

SHEILA KELEN TICHOTA VALENÇA
Diretor Depto de Compras e Licitações

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves
C.N.P.J.: 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras

COLETA DE PREÇOS Nº 68/2024

Em: 15/05/2024

Fornecedor:	Código:	Folha: 2 de 3
Endereço:	Cidade:	UF:
C.N.P.J.:	Insc. Estadual:	Fone:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			controle da velocidade; ACESSORIOS Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. Acompanhar sugador compatível com o modelo ofertado; Acompanhar seringa triplice compatível com o modelo ofertado; Acompanhar micromotor compatível com o modelo ofertado, com rotação			
6	1,000	UN	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Seletor digital de operação no painel (jato de bicarbonato/ultrassom). Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Ajuste fino de potência, adequado a cada tipo de procedimento. Transdutor ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000Hz. Peça de mão do jato de bicarbonato: removível e autoclavável. Capas autolaváveis do ultrassom: termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos, 1 capa extra, removível e autoclavável. Alimentação: 127 V – 60Hz / 220 V – 50/60Hz. Frequência das vibrações de ultrassom: 30.000Hz. * Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima: 80 PSI /Mínima: 70 PS.I. Pressão de entrada de água: Máxima: 40 PSI / Mínima: 20. * Garantia de 1 ano			
7	1,000	UN	COMPRESSOR odontológico Capacidade do reservatório até 40 l; características adicionais: isento de óleo; tanque com pintura interna anticorrosiva; voltagem 220V; válvula de segurança; manômetro; dreno de água; caixa acústica. Nível de ruído menor que 60 dB.			
8	1,000	UN	AUTOCLAVE para esterilização a vapor sob pressão para uso clínico e odontológico, fácil manuseio, display digital, quatro programações de esterilização de 121° a 134°, câmara em aço inox que facilite a			

PRAZOS: 1) Devolução da Presente Coleta em: 21/05/2024 até as 16:00 Hs.

2) Entrega dos Materiais/Serviços:

3) Condições de Pagamento: Ordem cronológica.

4) Validade dos Preços Cotados:

Finalidade:

Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA SMS Em: ____ / ____ / ____
CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

SHEILA KELEN TICHOTA VALENÇA
Diretor Depto de Compras e Licitações

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves
C.N.P.J.: 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras

COLETA DE PREÇOS Nº 68/2024

Em: 15/05/2024

Fornecedor:	Código:	Folha: 3 de 3
Endereço:	Cidade:	UF:
C.N.P.J.:	Insc. Estadual:	Fone:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			limpeza, voltagem 220 volts, capacidade igual ou superior a 30 litros, câmara com no mínimo 02 bandejas em alumínio anodizado, secagem com a porta fechada, ciclo de secagem extra,abastecimento manual de agua, 02 anos de garantia após a data de instalação. o equipamento deve ser fabricado em conformidade a legislação especifica para o mesmo. embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no ministério da saúde/anvisa.			
9	6,000	UN	TABLET Tablet cor preto Tela com um display de 11" e taxa de atualização de 90Hz, Tecnologia: TFT , Número de Pixels maior ou igual : 1920 x 1200 (WUXGA), Quantidade de Cores: 16 M. Com armazenamento interno de maior ou igual a 64GB e 4GB de memória RAM, Velocidade do Processador maior ou igual que : 4x 2.2 GHz + 4x 1.7 GHz. Sistema Operacional Sistema Operacional + Versão: Android 14, Plataforma: 64 bits. Conectividade: Bluetooth: Bluetooth v5.1, Browser: Google Chrome; Samsung Samsung Internet, Conexão Wi-Fi: WiFi 5, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Câmera Principal maior ou igual a 8 MP, Câmera Traseira maior ou igual a 5 MP Formato do Aparelho: Tablet, Interface com o Usuário: Touch Screen, Capacidade da Bateria (mAh): 7.040 mAh Tipo de Bateria: Ions de Lítio, Voltagem: Bi-Volt, Carregamento Rápido: Sim (15W).			
					SubTotal	
					Descontos	
					Acréscimos	
					TOTAL	

PRAZOS: 1) Devolução da Presente Coleta em: 21/05/2024 até as 16:00 Hs.

2) Entrega dos Materiais/Serviços:

3) Condições de Pagamento: Ordem cronológica.

4) Validade dos Preços Cotados:

Finalidade:

Observações: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER USADO NA SMS Em: ____ / ____ / ____
CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

SHEILA KELEN TICHOTA VALENÇA
Diretor Depto de Compras e Licitações

Assinatura e Carimbo do Fornecedor